

## 町田市民病院おむつ密封パック機購入仕様書

### 1. 適用

本仕様書は、「町田市民病院おむつ密封パック機購入」に適用する。

### 2. 目的

おむつ交換時の臭気予防、臭気拡散防止、感染対策のため、おむつ密封パック機の新規納入を行う。

### 3. 履行場所

町田市旭町2丁目15番41号

### 4. 履行期限

契約確定日より2019年9月30日まで

### 5. 作業項目

- (1) 新規おむつ密封パック機製作、納品
- (2) 試運転調整
- (3) 取扱者対象の取扱説明

### 6. おむつ密封パック機（参考）

- |         |                           |            |            |
|---------|---------------------------|------------|------------|
| (1) 型 式 | EMY-4555B                 | 1台         |            |
|         | EMY-3530B                 | 9台         |            |
| 外形寸法    | 間口(W)440mm                | 奥行(D)698mm | 高さ(H)900mm |
|         | 間口(W)440mm                | 奥行(D)598mm | 高さ(H)900mm |
| 電 源     | バッテリー内臓、連続駆動時間6時間、充電時間4時間 |            |            |
| 設 置     | 自立、手動式                    |            |            |

### 7. 本体機能ほか

- (1) 大人用おむつ1個分の場合1.5秒程度で密封処理が可能なこと。
- (2) 菌・ウィルスや臭気を7日程度衛生的に密封できること。
- (3) バッテリー内蔵型で病棟ラウンド等の移動使用が可能なこと。
- (4) 車輪は旋回が容易で、耐久性に優れた車輪構成であること。
- (5) 非常停止スイッチを有していること。
- (6) EMY-4555B用1台、EMY-3530B用9台分の本体専用ダストバーおよびダスト袋が付属していること。

(7) 納入後直ちに使用が可能になるよう、EMY-4555B用パックテープを1セット、EMY-3530B用パックテープ9セットを付属品とすること。

(8) 納品日については、担当職員と調整すること。

#### 8. 試運転および運転指導

おむつ密封パック機納入後、履行期限内に試運転および運転確認を実施し、試運転については担当職員立会のもと実施するとともに取扱説明を行うこと。

#### 9. 保証

保証期間は、正式引き渡し日より1年間とする。引き渡し日より1年以内に生じた故障等は請負者の負担にて速やかに対処すること。

#### 10. 提出書類

保証書および取扱説明書2部

#### 11. 車両の使用

契約の履行に当たって自動車を利用し、又は利用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。

(1) ディーゼル車規制に適合する自動車であること。

(2) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。

(3) 低公害・低燃費な自動車利用に努めること。なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。

#### 12. 定めのない事項

本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて双方協議の上実施する。