

## 物品購入仕様書

### 1. 適用

本仕様書は、「産科施設備品 購入」に適用する。

### 2. 目的

この契約は、発注者（以下「甲」という。）が、産科施設備品 を受注者（以下「乙」という。）から購入することを目的とする。

### 3. 購入物品仕様

分娩台 1台

婦人科用検診台 1台

新生児ベッド 5台

※詳細は別紙参照。乙にてそれぞれの機器設置および設定を行うこと。

### 4. 履行場所

東京都町田市旭町二丁目15番41号 町田市民病院 産婦人科

### 5. 履行期限

2020年3月31日

### 6. 納品方法

①納品日時は、甲・乙協議して決めるものとする。ただし、土曜、日曜祝祭日を除く日とする。

②納品時間は、8時30分から17時までとする。

③納品は、履行場所に搬入するものとする。

④梱包材は甲にて回収すること。

### 7. 契約代金の支払い

甲は、納入品をもって検査を行いその結果合格と認めたあと、乙の請求に基づき代金を支払うものとする。

### 8. 安全対策等

乙は、本契約を履行するにあたり関係法令を遵守し、甲及び第三者に損害を及ぼさないよう安全性の確保に十分留意し、損害を及ぼした場合の一切の費用は乙の責任において速やかに対処すること。

### 9. 定めのない事項

本仕様に明記されていない事項であっても、その性質上当然に必要なものは全て乙の負担で実施すること。

その他、本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて甲・乙が協議して定めるものとする。

# 仕様書詳細

## ①分娩台

### 1 構成

アトムメディカル社製 分娩台 マミージョイクラシック

マミージョイクラシック	1 式
自在タイプ支脚器レール付	1 組
サイドサポートレール取付式	1 組
I.V ポール	1 個
怒責支持棒レール取付式	1 式
搬入/設置費用	1 式

### 2 機器仕様

- (1) 分娩だけでなく、陣痛・分娩・回復を同じ場所で一貫して対応できるよう、産婦の足が乗せられる補助台を有すること。
- (2) 補助台はフットスイッチ操作で任意の位置に調整でき、不要時は収納できること。また耐荷重は 100Kg 以上であること。
- (3) 産婦が楽な移住空間を両立させるため、マットレスの幅が 69cmあること。
- (4) 支脚器は可動域が広く、産婦にあわせた細かい調整ができること。
- (5) 臍帯の短い児に対応できるよう、座面と補助台マット面の落差が 13cm以内であること。
- (6) 支脚器をセットしたまま、マットレス全体をフルフラットにできること。
- (7) 座板(腰板)の角度が単独で調整できること。
- (8) 緊急時に分娩台ごと容易に移動できるよう、大型キャスターを有しており、固定も確実にできること。
- (9) 背板は 70° の傾斜ができること。またショック(骨盤高位)時に対応できるよう、頭側を 10° 下降傾斜がつけられること。
- (10) マットレスは工具なしで脱着でき、隅々まで清拭できること。

## ②検診台

### 1 構成

タカラベルモント社製 DG-770N

DG-770N 1 式

クスコ掛け 1 個

### 2 機器仕様

- (1) 本体に電動油圧式回転機能を有し、110 度の左右切替式回転が可能なこと。
- (2) 赤外線を使用したワイヤレスフットスイッチを有すること。
- (3) 左右片脚のみのセレクト開脚機能を有すること。
- (4) 本体の上昇下降及びチルトアップ/ダウンのプリセット機能を有するほか、オートリターン機能を有すること。
- (5) 検診台の動きに合わせた音声案内機能を有すること。
- (6) 汚水トレイは腐食に強い樹脂製であり、且つ前後スライド機能を有すること。
- (7) 本体設置寸法は幅 700mm\*奥行 1260mm 以下で、既存の診察室での使用が可能であること。

### ③新生児ベッド

#### 1 構成

パラマウント社製 KB-118A

KB-118A すやすやコット GCU	5 式
KB-P118T モニターテーブル	5 個
KB-Z101 1 段トレイ	5 個
大型プラスチックバスケット	5 個
ホルダー式クリップ	10 個
ジェルクッション	10 個

#### 2 機器仕様

- (1) 高さ調整機能を有し、81～106mmの任意の高さ調整が可能であること。
- (2) かご部分に関しては、ガススプリング式の傾斜角度調整が可能で、0～6 度の範囲で任意調整が可能であること。
- (3) 大型キャスターを有し、四輪全てにストッパーを有すること。
- (4) SpO<sub>2</sub> モニターや書類等を設置可能なモニターテーブルを有すること。
- (5) プラスチック製バスケットを付属すること。また取外して清掃をすることを考慮し、ジェルクッションを付属すること。
- (6) かご部分もしくはベッド本体に取付取外可能なクリップを付属すること。