

物品購入仕様書

1 適用

本仕様書は、「人工呼吸器及び搬送用人工呼吸器 購入」に適用する。

2 目的

この契約は、発注者（以下「甲」という。）が、人工呼吸器及び搬送用人工呼吸器を受注者（以下「乙」という。）から購入することを目的とする。

3 購入物品仕様

(1) 人工呼吸器 日本光電工業株式会社製 ハミルトン - C 1 4式

内訳

品 名 規 格	数 量
人工呼吸器 ハミルトン-C1	4
酸素セル (Cシリーズ用)	4
呼気弁 C1	8
トローリー C1	4
チュービングサポートアーム	4
耐圧ホース (酸素、川重、5m)	4
成人/小児用ディスプレイフローセンサ L型	4
ウォーターボトルホルダ C1/T1/G5	4
テスト肺 1L	4
DuoPAP/APRV オプション	4
NIV/NIV-ST オプション	4
HiFlow・トレンドオプション	4
コミュニケーションボード	4
COM1 用ケーブル	4
機器接続ケーブル	4

(2) 搬送用人工呼吸器 スミスメディカル製

P310NJ-06 パラパックプラス 1台 5mホース 川重 カプラ付き

4 履行場所

東京都町田市旭町二丁目15番41号 町田市民病院

5 履行期限

2021年 3月 31日

6 納品方法

- ①納品日時は、甲・乙協議して決めるものとする。ただし、土曜、日曜祝祭日を除く日とする。
- ②納品時間は、8時30分から17時までとする。
- ③納品は、履行場所に搬入するものとする。

7 契約代金の支払い

甲は、納入品をもって検査を行いその結果合格と認めたあと、乙の請求に基づき代金を支払うものとする。

8 安全対策等

乙は、本契約を履行するにあたり関係法令を遵守し、甲及び第三者に損害を及ぼさないよう安全性の確保に十分留意し、損害を及ぼした場合の一切の費用は乙の責任において速やかに対処すること。

9 定めのない事項

本仕様に明記されていない事項であっても、その性質上当然に必要なものは全て乙の負担で実施すること。

その他、本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて甲・乙が協議して定めるものとする。