

物品購入仕様書

1 適用

本仕様書は、「移動型デジタル式汎用一体型 X 線透視診断装置購入」に適用する。

2 目的

この契約は、発注者（以下「甲」という。）が、移動型デジタル式汎用一体型 X 線透視診断装置一式を受注者（以下「乙」という。）から購入することを目的とする。

3 購入物品等仕様

① 富士フィルム株式会社製 X 線透視診断装置 CALNEO CROSS 一式

【構成】

名称	型式	数量
CALNEO CROSS	DR-XD3000 MBL	1
CROSS 用パネルホルダ 12×10 スリムタイプ	DR-XD3000 HOLDER3025FIX	1
CROSS 用ワイヤレスフットスイッチ	DR-XD3000 WIRELESS F/S	1
CROSS 用モニターカート高輝度タイプ	DR-XD3000 MTR CRT LX	1
CROSS 用モニターカート無線化キット	DR-XD3000 MTR W/L KIT	1
CROSS 用散乱線除去グリッド 10×12	DR-XD3000 GRID2530	1
無線 LAN アダプター小型タイプ	Archer T2U Nano	1
CALNEO Flow C12	DR-ID 1814 SE	1
DICOM 接続ソフトウェア：MWM（患者＋メニュー情報）（ライセンス）	DX CL DICOM ORDER MWM SWL	1
DICOM 接続ソフトウェア：Media Storage（ライセンス）	DX CL DICOM STORAGE SWL	1
MFP/ダイナミック処理ソフト（ライセンス）	DX CL DYN VISUAL II SWL	1
グリッド除去処理ソフトウェア（ライセンス）	DX CL GPR SWL	1
増設モニター用詳細画像表示ソフトウェア（ライセンス）	DX CL PRECISE ENLARGE SWL	1
漏洩線量測定		1

② 保守点検

別紙①のとおり

4 履行場所

東京都町田市旭町二丁目 1 5 番 4 1 号 町田市民病院

5 履行期限

2025年 3月 31日

6 納品方法

- (1) 納品場所は、甲と乙が協議して決めるものとする。
- (2) 納品日時は、甲と乙が協議して決めるものとする。ただし、土曜、日曜及び祝祭日を除く日とする。
- (3) 納品は、病院関係者と十分協議した上で行き、使用可能な状態にすること。上記機器を使用するにあたり、性質上当然に必要なものは乙の負担により用意すること。
- (4) 乙は、甲が指定した書類を納品と併せて提出すること。

7 契約代金の支払い

甲は、納入品をもって検査を行いその結果合格と認めたあと、乙の適正な請求に基づき代金を支払うものとする。

8 安全対策等

乙は、本契約を履行するにあたり関係法令を遵守し、甲及び第三者に損害を及ぼさないよう安全性の確保に十分留意し、損害を及ぼした場合の一切の費用は乙の責任において速やかに対処すること。

9 定めのない事項

本仕様に明記されていない事項であっても、その性質上当然に必要なものは全て乙の負担で実施すること。

その他、本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて甲・乙が協議して定めるものとする。

保守点検等仕様書

1 目的

本装置の正常な機能を維持し、良好な状態で稼働させるため、校正及び機能点検等のメンテナンス（以下、「保守点検等」という。）を行うこと。

2 対象期間

納入検査確認後1年間を経過した翌月から60ヶ月間

3 保守体制等

- (1) 装置が正常に作動するように、定期的に点検及び調整を行なうこと。
- (2) 装置の運用を円滑に実現するための技術的サポート体制を整備すること。

4 保守点検等の内容

CROSS TYPE-A 5年長期 点検のみ

【対象機器】

CALNEO CROSS

CALNEO Flow C12

【内 訳】

タイプ RA コース Plan S

部品保証無し

オンコール対応時間 月～金 9:00～17:40

点検実施時間帯 平日 9:00～17:40

契約開始時期 2年目スタート

定期点検回数 1回/年

タイプ RA 共通 Plan G

部品保証無し

5 その他

- (1) 保守点検等の実施時期は、当院担当者と調整すること。
- (2) 保守点検等が終了したときは、当院担当者に対し、その内容を記載した書面をもって報告すること。
- (3) 保守点検等は、その対象期間前までに、物品購入と区別して契約を締結する。