

(AQUIRE Basic)

血液ガス分析装置システム (AQUIRE Basic)	
1-1	基本性能に関しては以下の要件を満たしていること。
1-1-1	オペレーティングシステムはWindows Server 2022である。
1-1-2	同一ネットワーク内にある複数の端末からアクセスが可能である。
1-1-3	複数のユーザーアカウントを作成でき、各個人のIDでアクセス権限を設定できる。
1-1-4	HL7 2.5、ASTMによるデータ通信が可能である。
1-2	装置管理に関しては、以下の要件を満たしていること。
1-2-1	2台以上の装置を接続可能である。
1-2-2	接続された装置のキャリブレーションおよび精度管理の状態を、遠隔でクライアント端末から把握できる。
1-2-3	接続された装置と同じ画面をリアルタイムで共有し、クライアント端末から遠隔操作が可能である。
1-2-4	接続された装置の消耗品の残量をクライアント端末から遠隔で確認できる。
1-2-5	接続された装置のメンテナンススケジュールがクライアント端末から遠隔で確認できる。
1-2-6	接続された装置のメンテナンス記録を出力できる機構を有する。
1-3	データ管理に関しては、以下の要件を満たしていること。
1-3-1	接続された装置の測定データをクライアント端末から遠隔で確認できる。
1-3-2	接続された装置の測定データをクライアント端末からシステム内で再送信する機構を有する。
1-3-3	精度管理結果をプロット表記や、統計データのレポートを作成する機能を有する。
1-3-4	SQL serverを使用して、各種データのレポートを任意の形式で編集できる機構を有する。