

物品購入仕様書

1 適用

本仕様書は、「診断用 X 線装置購入」に適用する。

2 目的

この契約は、発注者（以下「甲」という。）が、診断用 X 線装置を受注者（以下「乙」という。）から購入することを目的とする。

3 購入物品

診断用 X 線装置 1 式

4 仕様

- ① 天井走行式 X 線管保持装置、50Kw 以上の高電圧発生装置、立位撮影台、臥位撮影台を備えること
- ② 高電圧発生装置は撮影準備完了等の装置状態が操作パネルやハンドスイッチのイルミネーション点灯により目視で簡易に識別できること
- ③ 天井走行式 X 線管保持装置は支柱背面に垂直軸回転・コリメータランプ点灯・オールフリーボタンが配置されており、ポジショニングを簡便に行えること
- ④ 天井走行式 X 線管保持装置は懸垂部制御用の専用キャビネットは不要であり、十分なワークスペースを確保できること

5 履行場所

東京都町田市旭町二丁目 1 5 番 4 1 号 町田市民病院

6 履行期限

2027年 2月 28日

7 納品方法

- ① 納品場所は、甲と乙が協議して決めるものとする。
- ② 納品日時は、甲と乙が協議して決めるものとする。ただし、土曜、日曜祝祭日を除く日とする。
- ③ 乙は、甲が指定した書類を納品と併せて提出すること。

8 契約代金の支払い

甲は、納入品及び甲が指定した書類をもって検査を行い、その結果合格と認めたあと、乙の適正な請求に基づき代金を支払うものとする。

9 安全対策等

乙は、本契約を履行するにあたり関係法令を遵守し、甲及び第三者に損害を及ぼさな

いよう安全性の確保に十分留意し、損害を及ぼした場合の一切の費用は乙の責任において速やかに対処すること。

10 定めのない事項

本仕様に明記されていない事項であっても、その性質上当然に必要なものは全て乙の負担で実施すること。

その他、本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて甲・乙が協議して定めるものとする。