物品購入仕様書

1　適用

本仕様書は、「乳房用X線診断装置購入」に適用する。

2　目的

この契約は、発注者（以下「甲」という。）が、乳房用X線診断装置を受注者（以下「乙」という。）から購入することを目的とする。

3　購入物品

乳房用X線診断装置　１式

4　仕様

①撮影装置本体は、以下の要件を満たすこと。

・装置起動時間は、２分以下であること
・常時の温度、湿度の管理が不要であること
・温度管理は、稼働時は１５度から３０度、シャットダウン時は−５度から５０度の範囲上であること
・トモシンセシスオプションを搭載可能な使用の装置であること

②操作コンソール及び画像処理は、以下の要件を満たすこと

・添付文書記載の耐用年数は、１０年以上であること

5　履行場所

東京都町田市旭町二丁目１５番４１号　町田市民病院

6　履行期限

２０２７年　1月　３１日

7　納品方法

①　納品場所は、甲と乙が協議して決めるものとする。
②　納品日時は、甲と乙が協議して決めるものとする。ただし、土曜、日曜祝祭日を除く日とする。
③　乙は、甲が指定した書類を納品と併せて提出すること。

8　契約代金の支払い

甲は、納入品及び甲が指定した書類をもって検査を行い、その結果合格と認めたあと、乙の適正な請求に基づき代金を支払うものとする。

9　安全対策等

乙は、本契約を履行するにあたり関係法令を遵守し、甲及び第三者に損害を及ぼさないよう安全性の確保に十分留意し、損害を及ぼした場合の一切の費用は乙の責任において速やかに対処すること。

１０　定めのない事項

本仕様に明記されていない事項であっても、その性質上当然に必要なものは全て乙の負担で実施すること。

その他、本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて甲・乙が協議して定めるものとする。