

各種治験使用機器の精度管理について

	該当記録はあるか	はい/いいえ	保証書は保証期限 点検記録は最新の日付	頻度
遠心機	保証書			
	外部業者点検記録			
	自主点検(動作確認)の記録	はい	2022/2/18	毎稼働日
体重計	保証書			
	外部業者点検記録	はい	2021/4/27	2年に1回
	自主点検(動作確認)の記録			
血圧計	保証書			
	外部業者点検記録			
	自主点検(動作確認)の記録	はい	2021/8/31	3カ月に1回
体温計	保証書			
	外部業者点検記録			
	自主点検(動作確認)の記録	いいえ		メーカー保証期限ごとに買替え
X線	保証書			
	外部業者点検記録	はい	2021/5/12	1年に1回
	自主点検(動作確認)の記録			
MRI	保証書			
	外部業者点検記録	はい	2021/4/28	3カ月に1回
	自主点検(動作確認)の記録			
輸液ポンプ	保証書			
	外部業者点検記録			
	自主点検(動作確認)の記録	はい	2020/1/8	6カ月に1回
心電計	保証書			
	外部業者点検記録	はい	2021/2/8	1年に1回
	自主点検(動作確認)の記録	はい	2022/1/25	毎稼働日

冷凍検体保管庫の温度管理について

-20℃	温度記録の手法	手入力
-80℃	温度記録の手法	手入力+自動記録